

Установка поверочная расходомерная высшей точности УПВ-200

Наименование прибора:

Установка поверочная расходомерная высшей точности

Обозначение прибора:

УПВ-200

ТУ на выпуск:

тех.документация ОАО

Краткие технические характеристики:

Для поверки и градуировки датчиков объемного расхода воды. Диапазон измерений расхода от 0,5 до 200 м³/ч. Погрешность +0,3%. Ду, мм 25, 32, 50, 80, 100.

Межповерочный интервал:

2 года

Страна изготовитель:

Россия

производитель ОАО Сарapulьский электрогенераторный завод, г.Сарapul